



OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,  
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

Ur. broj : 01-1256/2021-5/1  
U Pakracu dana 18. listopada 2021. god.

SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Zahtjev za objašnjenje/izmjenu dokumentacije o nabavi  
- odgovor dostavlja se

Predmet nabave: Medicinski potrošni materijal - Razni, CPV - 33140000-3.

Evidencijski broj nabave: 37/21.

Obavijest o nadmetanju br.: 2021/S 0F2-0036416 poslana na objavu u EOJN dana 08.10.2021. god., objavljena dana 11.10.2021. god.

Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je zahtjev za izmjenu dokumentacije o nabavi/troškovnika :

**1.**

vezano za postupak javne nabave za medicinski potrošni materijal - razni, Ev. br. nabave: 37/21, u nastavku dostavljamo sljedeće prijedloge za izmjenu troškovnika:

TROŠKOVNIK - GRUPA br. 27 / stavke br. 1-5

Rukav bez preklopa od sloja medicinskog papira min. 70 g/m<sup>2</sup>

**Prijedlog izmjene:**

Predlažemo izmjenu dijela opisa gore navedenih stavki, odnosno da se traži težina papira rukava u rasponu od 60-70 g/m<sup>2</sup>.

Prihvatanjem prijedloga omogućuje se sudjelovanje u postupku većem broju ponuditelja, bez diskriminacije i eliminacije ijednog od njih iz tržišnog nadmetanja, dok se ni na koji način ne umanjuju potrebna kvaliteta, upotrebljivost i obilježja proizvoda, a specifikacija/opis proizvoda i dalje je u skladu s važećim standardima kvalitete EU za sterilizaciju.

TROŠKOVNIK - GRUPA br. 27 / stavka br. 6

Trakice za kontrolu sterilizacije parom (134 st.C), samoljepljive 250 kom/kut

**Prijedlog izmjene:**

Budući da proizvođači pakiraju ovaj proizvod u raznim količinama (npr. 100, 250, 500 kom itd.), predlažemo brisanje dijela opisa „250 kom/kut“ kako se iz nadmetanja ne bi isključili ponuditelji koji nude drukčiju vrstu pakiranja, a Naručitelj je u troškovniku ionako odredio točan broj trakica (5000 kom).

TROŠKOVNIK - GRUPA br. 27 / stavka br. 8

Kemijski indikator za kontrolu parne sterilizacije u obliku ljepljive trake u kolutu 25mm/50-55m, klasa 1, ISO 11140-1

**Prijedlog izmjene:**

Budući da većina proizvođača u ponudi ima trake širine od 24-25 mm, molimo da se u opis stavi širina trake u rasponu od 24-25 mm kako bi se sudjelovanje u postupku omogućilo većem broju ponuditelja, a izmjena ni na koji način ne bi utjecala na kvalitetu i namjenu proizvoda (jednako kao i kod opisa dužine namota 50-55 m).



OPĆINA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC  
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, centrala : 034 254 444, fax : 034 411 041, OIB : 18103492590,  
IBAN: HR50 2340 0091 1109 0705 8, <http://www.ozbpakrac-bhv.hr/>

---

Odgovor :

Zahtjev se usvaja.

Naručitelj će istodobno s ovim odgovorom u EOJN objaviti i ispravak troškovnika imenovanog kao :

- Grupa 27–Ispravak.

Zainteresirani gospodarski subjekti se obvezuju svoje ponude dostaviti sukladno izmijenjenom troškovniku.

Rok za dostavu ponuda se ne mijenja.

**2.**

Sukladno Članku 202. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), slobodni smo zamoliti vas pojašnjenje dokumentacije kako slijedi:

Grupa 1 - Molimo Vas dozvolite nuđenje oblika lijeka Gel za EEG 260 - 350 g kako bi svi ponuditelji mogli sudjelovati na javnom nadmetanju.

Odgovor :

Zahtjev se usvaja.

Naručitelj će istodobno s ovim odgovorom u EOJN objaviti i ispravak troškovnika imenovanog kao :

- Grupa 1–Ispravak.

Zainteresirani gospodarski subjekti se obvezuju svoje ponude dostaviti sukladno izmijenjenom troškovniku.

Rok za dostavu ponuda se ne mijenja.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu