

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

57/26 - Medicinski potrošni materijal - razni

Podaci o naručitelju

Naziv: **Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana**

Nacionalni reg. broj: **18103492590**

Adresa: **Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Medicinski potrošni materijal - razni**

Evidencijski broj nabave: **57/26**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **480.000,00 EUR**

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
1.	Grupa 1.	1.200,00 EUR
2.	Grupa 2.	31.500,00 EUR
3.	Grupa 3.	8.500,00 EUR
4.	Grupa 4.	9.800,00 EUR
5.	Grupa 5.	43.000,00 EUR
6.	Grupa 6.	49.500,00 EUR
7.	Grupa 7.	7.000,00 EUR
8.	Grupa 8.	36.000,00 EUR
9.	Grupa 9.	30.000,00 EUR
10.	Grupa 10.	3.800,00 EUR
11.	Grupa 11.	3.000,00 EUR
12.	Grupa 12.	39.000,00 EUR
13.	Grupa 13.	17.500,00 EUR
14.	Grupa 14.	4.000,00 EUR
15.	Grupa 15.	7.500,00 EUR
16.	Grupa 16.	43.500,00 EUR
17.	Grupa 17.	4.300,00 EUR
18.	Grupa 18.	1.000,00 EUR
19.	Grupa 19.	8.800,00 EUR
20.	Grupa 20.	1.200,00 EUR
21.	Grupa 21.	4.000,00 EUR
22.	Grupa 22.	5.000,00 EUR
23.	Grupa 23.	44.600,00 EUR
24.	Grupa 24.	5.600,00 EUR

Rbr grupe	Naziv grupe	Procijenjena vrijednost
25.	Grupa 25.	16.500,00 EUR
26.	Grupa 26.	1.200,00 EUR
27.	Grupa 27.	200,00 EUR
28.	Grupa 28.	12.000,00 EUR
29.	Grupa 29.	11.200,00 EUR
30.	Grupa 30.	6.000,00 EUR
31.	Grupa 31.	3.500,00 EUR
32.	Grupa 32.	5.000,00 EUR
33.	Grupa 33.	3.000,00 EUR
34.	Grupa 34.	6.000,00 EUR
35.	Grupa 35.	3.600,00 EUR
36.	Grupa 36.	2.500,00 EUR

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **24.02.2026**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **06.03.2026**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta
- Drugi

Poštovani,

molimo vas da iz grupe 6 izdvojite stavke 1 i 2 u poseban troškovnik.

Flasteri, povoji i zavoji ne pripadaju istoj kategoriji kao pelene, stoga vas ljubazno molimo da se pelene izdvoje u zaseban troškovnik. Na taj bi se način omogućilo sudjelovanje specijaliziranih ponuditelja, čime bi naručitelj ostvario veći broj ponuda, a posljedično i povoljniju opciju u odnosu na trenutnu.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Prihvaća se. Naručitelj će izvršiti traženu izmjenu u troškovniku.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Predmet: Zahtjev za izmjenom

Naziv postupka nabave: Medicinski potrošni materijal - razni, evidencijski broj nabave 57/26

GRUPA 8- Medicinski potrošni materijal

Molimo izdvajanje stavke 3. Vrećica za krv, jednostruka 450 mL u zasebnu grupu.

2.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Prihvaća se. Naručitelj će izvršiti traženu izmjenu u troškovniku.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta
- Drugi

Poštovani,

molimo izmjenu u Grupi 24 Stavka 2 iz " Pregače PVC ,jednokratne 100kom/pak" u " Pregače PE, jednokratne 100kom/pak"

Unaprijed zahvaljujemo.

Srdačan pozdrav

3.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Prihvata se. Naručitelj će izvršiti traženu izmjenu u troškovniku.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani Naručitelju,

Po uvidu u troškovnike predmetnog Natječaja, zamijetili smo "probleme" koje isti sadrži čime bi neminovno došlo do kršenja odredbi javne nabave, ali i niza drugih zakonskih propisa te stoga predlažemo izmjene kako je razloženo daljnjim tekstom.

Predlažemo izmjene unutar Grupa 6. i Grupa 9. te stvaranje novih grupa 37., 38., 39., 40. i 41. sukladno iskazanim potrebama Naručitelja i zbog neodgovarajućih predloženih rješenja što smo ih naznačili daljnjim tekstom.

GRUPA 6.

Troškovnikom Grupe 6. propisane su pelene veličina L u količini 40 000 komada i veličina M 1600 komada uz ostale stavke Grupe: flasteri, povoji, zavoji, viskozni zavoji,... čime je jasno kako opisani predmeti ne čine objektivno i funkcionalni povezane sastavnice.

Kako zakonske odredbe primoravaju Naručitelja na oblikovanje grupa po objektivnom kriteriju i s obzirom na potrebu za nužnim jasnim i preciznim opisom predmeta nabave te u skladu sa pravnim okvirima zaštite pacijenta i trošenjem proračunskog novca, predlažemo izmjene na način:

- Izdvajanje predmeta Pelene veličine L i M u zasebnu novu GRUPU 37
- Opis predmeta nabave Pelene na način:

GRUPA 37.

1. Pelene u spoju s gaćicama za odrasle, veličina M, anatomske oblikovane, opseg bokova 75-85 /100-115 cm, s dvoslojnim punjenjem (propusni i upijajući superapsorbirajući polimerski sloj), indikatorom vlažnosti i podesivim višestruko ljepljivim trakama. Moć upijanja minimalno 1350g prema MDS 1/93 certifikatu ili jednakovrijedno. Biokompatibilne potvrđeno certifikatom.

2. Pelene u spoju u gaćicama za odrasle, veličina L, anatomske oblikovane, opseg bokova 100-115 / 150 cm, s dvoslojnim punjenjem (propusni i upijajući superapsorbirajući polimerski sloj), indikatorom vlažnosti, podesivim višestruko ljepljivim trakama. Moć upijanja minimalno 1600g prema MDS 1/93 certifikatu ili jednakovrijedno. Biokompatibilne potvrđeno certifikatom.

GRUPA 9.

Troškovnikom Grupe 9. propisani su navlaka za kameru, kirurška prekrivka, navlaka za nogu uz ostale stavke: trljačice, brisač, gaćice, podloge... čime je jasno kako opisani predmeti ne čine objektivno i funkcionalni povezane sastavnice.

Kako je Naručitelj iskazao potrebu za prevencijom stanja hipotermije kod pacijenata i kako zakonske odredbe primoravaju Naručitelja na oblikovanje grupa po objektivnom kriteriju i s obzirom na potrebu za nužnim jasnim i preciznim opisom predmeta nabave te u skladu sa pravnim okvirima zaštite pacijenta i trošenjem proračunskog novca, predlažemo izmjene na način:

- Formiranje nove GRUPE 38
- Opis predmeta nabave na način:

GRUPA 38.

1. Navlaka sterilna za nogu
2. Navlaka sterilna za kameru
3. Navlaka za stolić
4. Set za male zahvate- Prekrivka za instr. Stolić 79x145cm visokoupijajuća kom 1, OP prekrivke samoljepive gornji sloj sadrži min. 70% bio materijala, ISCC 90x75cm kom 2, ručnik 18x25cm kom 4, ljepljiva traka 9x49cm kom1, samoljepiva OP prekrivka gornji sloj sadrži min. 70% bio materijala ISCC 175x175cm, samoljepiva OP prekrivka ISCC 240x150cm kom 1, prekrivka za stol 150x190cm kom1, pakiranje ima oznaku FSC
5. Standard set- STANDARD SET: prekrivka za stol 150 x 190cm, pojačana kom 1, Mayo navlaka za instrumentarski stolić dimenzije 79cm x 145cm, s pojačanjem 85 x 65cm kom 1, ručnik 30 x 40 cm kom 4, OP mantil Antistatic tretiran SMS 35g/m2 , vel.L -L min 151 cm, prsište min. 67cm, dužina rukava min. 57cm kom 1, OP mantil antistatic tretiran, alkohol repelent, materijal Spunlace 68 g/m2 , širina prsišta min. 66cm, dužina rukava min. 62cm, AAMI 2, vel.XXL-XL min 161 cm, kom2, okrugli tupfer veličina 6 kom 10, kompresna od gaze 10 x 20 cm s RTG NITI 12 slojna kom 20, kirurška prekrivka 140 x 100 cm s ljepljivim rubom kom 2, kirurška prekrivka 240 x 175 cm s ljepljivim rubom i dodatnim ojačanjem kom 1, kirurška prekrivka 150 x 240 cm s ljepljivim rubom kom 1
6. SET ZA KILU I: krep papir 60x60cm 60g/m2 bijeli 1kom, incizijska folija 45x55cm 1kom, prekrivka za laparoskopiju dimenzije 200/250x340cm s abdominalnim ljepljivim elastičnim otvorom 30x28cm i pojačanjem oko mjesta incizije 100x50cm, od netkanog materijala polipropilen + polietilen 1kom, post-operativni kirurški prijevoj za ranu, apsorbirajući samoljepivi 10x20cm 1kom, vrećica za instrumente s 3 džepa, 45x48cm, samoljepiva 1kom, kompresna 10x20cm s RTG niti, 17-nit. 24-sl. bijela 5kom, kompresna 10x10cm s RTG niti 17-nit. bijela 10kom, abdominalna kompresna s RTG niti 40x65cm, 70g 2kom, skalpel SS N20 1kom, čistać za instrumente 5x5cm 1kom, vrećica papirnata 14x25x7.5cm bijela 1kom, mayo prekrivka za instrumentarski stolić dimenzije 79x145cm pojačana teleskopska 1kom, OP mantil Antistatic tretiran, Alkohol repelent materijal Spunlace 68g/m2 AAMI2 vel. XXL-L min 148cm dužine 2kom, OP mantil Antistatic tretiran materijal SMS 35g/m2 , vel.L -L min 134cm 1kom, ručnik 30x40cm 6kom, prekrivka za stol pojačana 150x190cm 1kom, - ISCC certifikat na vanjskom omotu seta, narančaste oznake s imenom seta naprijed i sastrane za lakše prepoznavanje
7. Kirurška prekrivka
8. OP mantil Antistatic tretiran SMS 35g/m2 , vel.L
9. OP mantil Antistatic tretiran SMS 35g/m2 , vel.XL
10. Op mantil SMS, veličina L
11. Op mantil SMS, veličina XL
12. Deko za prevenciju hipotermije, izrađena od netkanog polipropilena SMS minimalno 104 g/m2, sa 12 jastučića za zagrijavanje koji se aktiviraju zrakom (13cm x 10cm). Dimenzija 92x152 cm.
13. Deko za prevenciju hipotermije, izrađena od netkanog polipropilena SMS minimalno 104 g/m2, T oblika sa 12 jastučića za zagrijavanje koji se aktiviraju zrakom (13cm x 10cm) Dimenzija 110/150 x 200cm.

Zbog potreba Naručitelja iskazanih kroz grupe i opise predmeta Natječaja, predlažemo i formiranje novih grupa sa opisima predmeta na način:

GRUPA 39.

1. Maska kirurška s viziorom, 4-slojna, tip IIR, s anatomski oblikovanom žicom za nos, sa zaštitnim slojem koji sprječava prodor kapljica, sa slojem protiv zamagljivanja (antifog) koji omogućava nesmetanu vidljivost, vezice extra dužine, dodatni unutarnji sloj za udobnost, ≥98% BFE, HR EN 14683:2019

2. Maska kirurška na vez, 4-slojna, tip IIR, a anatomski oblikovanom žicom za nos, sa zaštitnim slojem koji sprječava prodor kapljica, sa slojem protiv zamagljivanja (antifog) koji omogućava nesmetanu vidljivost, vezice extra dužine, dodatni unutarnji sloj za udobnost, $\geq 98\%$ BFE, HR EN 14683:2019, plava
3. Maska kirurška na vez, 4-slojna, tip IIR, s niskom otpornošću disanja, sa zaštitnim slojem koji sprječava prodor kapljica, $\geq 98\%$ BFE, anatomski oblikovana žica za nos, extra duge vezice, unutarnji sloj za udobnost, antifog sloj protiv zamagljivanja, HR EN 14683:2019, zelena
4. Medicinska maska, tip 1 na vezanje
5. Jednokratna bluza, veličina M
6. Jednokratna bluza, veličina L
7. Jednokratna bluza, veličina XL
8. Jednokratne hlače, veličina M
9. Jednokratne hlače, veličina L
10. Jednokratne hlače, veličina XL
11. Kapa kirurška, univerzalna veličina, zelena

GRUPA 40.

1. Kirurške rukavice od prirodnog lateksa za opću upotrebu u kirurškim salama, sterilne, bez pudera, s hidrogen polimer premazom, rukavica se može koristiti samostalno ili kao dio sustava za indikaciju uboda, ergonomski zakrivljeni dizajn prstiju, boja slame, sila trganja 15N prema testu EN 455-2 $\geq 9N$, AQL 0.65 prema testu EN 455-1 / ASTM D515, čvrstoća vlakana 29 MPa prema testu ASTM D3577 $\geq 24MPa$, debljina rukava što bliže 0.17mm, debljina dlana što bliže 0.22mm, debljina prsta što bliže 0.24mm, klasifikacija MDR klasa IIa MDR 722028, pakiranje otisnuto s oznakama vrste rukavice s prednjih i bočnih strana, mogućnost bočnog izvlačenja rukavica radi dodatne sigurnosti i efikasnosti, odgovara standardima ASTM D7102, ISO 11137-1, ISO 11137-2, ASTM D3577, EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN 556-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-5, EN ISO 11607-1, ISO 11607-2, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, ISO 10282, ISO 14001,
2. Kirurške rukavice od prirodnog lateksa za opću upotrebu u kirurškim salama, sterilne, bez pudera, s hidrogen polimer premazom, ergonomski zakrivljeni dizajn prstiju, glatka površina, boje slame, sila trganja 19N prema testu EN 455-2 $\geq 9N$, AQL 0.65 prema testu EN 455-1 / ASTM D515, čvrstoća vlakna 30MPa prema testu ASTM D3577 $\geq 24MPa$, debljina rukava što bliže 0.21mm, debljina dlana što bliže 0.26mm, debljina prsta što bliže 0.27mm, klasifikacija MDR klasa IIa MDR 722028, pakiranje otisnuto s oznakama vrste rukavice s prednjih i bočnih strana, mogućnost bočnog izvlačenja rukavica radi dodatne sigurnosti i efikasnosti, odgovara standardima ASTM D7102, ISO 11137-1, ISO 11137-2, ASTM D3577, EN 1041, EN 16523-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 420, EN455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 556-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 374-1, ISO 10282, ISO 14001, ISO 16604
3. Kirurške rukavice, izrađene od poliizopropena, ergonomski zakrivljen dizajn prstiju, boja slame, sila trganja 19N prema testu EN 455-2 $\geq 9N$, AQL 0.65 prema testu EN 455-1 / ASTM D515, čvrstoća vlakna 30MPa prema testu ASTM D3577 $\geq 17+MPa$, debljina rukava što bliže 0.2mm, debljina dlana što bliže 0.25mm, debljina prsta što bliže 0.27mm, klasifikacija MDR klasa IIa MDR 722028, pakiranje otisnuto s oznakama vrste rukavice s prednjih i bočnih strana, mogućnost bočnog izvlačenja rukavica radi dodatne sigurnosti i efikasnosti, odgovara standardima ASTM D7102, ISO 11137-1, ISO 11137-2, ASTM D3577, EN 1041, 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 556-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, ISO 10282, ISO 14001

4. Kirurške rukavice "double-gloving" podrukavica x2kom lijeva i desna + nadrukavica x2kom lijeva i desna pakirane u jednom blisteru, sa sustavom indikacije ruptura i mikro rupica ili pucanja za najveću razinu sigurnosti, udobnosti i efikasnosti u kirurškim salama, od prirodnog lateksa, sterilne, bez pudera, protuklizni rukav, ergonomski zakrivljeni dizajn prstiju, glatka površina, boje svjetlo zelene, sila trganja 15N prema testu EN 455-2 $\geq 9N$, AQL 0.65 prema testu EN 455-1 / ASTM D515, čvrstoća vlakna 28MPa prema testu ASTM D3577 $\geq 24MPa$, debljina rukava što bliže 0.17mm, debljina dlana što bliže 0.22mm, debljina prsta što bliže 0.24mm, klasifikacija MDR klasa IIa MDR 722028, pakiranje otisnuto s oznakama vrste rukavice s prednjih i bočnih strana, mogućnost bočnog izvlačenja rukavica radi dodatne sigurnosti i efikasnosti, odgovara standardima ASTM D7102, ISO 11137-1, ISO 11137-2, ASTM D3577, EN 1041, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 556-1, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-10, EN ISO 10993-5, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, ISO10282, ISO 14001

5. Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera, materijal nitril, plave boje, dužine što bliže 24 centimetra, debljine prsta što bliže 0,05 cm, debljine dlana što bliže 0,05 cm, otpornosti na rupe razinom inspekcije I AQL 1.5., sile pri pucanju što bliže 6N prije i nakon starenja, vlačne čvrstoće što bliže 14MPa prije i nakon starenja, istezanja min. 500% prije starenja i min. 400% nakon starenja, površine mikro teksturirane na prstima, visoke taktilne osjetljivosti namijenjene uporabi u području njege bolesnika. U skladu s normama EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2019. Veličine S,M i L. Pakiranje od 100 komada u kutiji

GRUPA 41.

1. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, sa dodatkom srebra, za jako eksudirajuće rane 10x10cm
2. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, sa dodatkom srebra, za jako eksudirajuće rane 15x15cm
3. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, sa dodatkom srebra, za jako eksudirajuće rane 20x30cm
4. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, sa dodatkom srebra, za jako eksudirajuće rane 2x45cm
5. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, za jako eksudirajuće rane 10x10 cm
6. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, za jako eksudirajuće rane 15x15 cm
7. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, za jako eksudirajuće rane 20x30 cm
8. Obloga od polivinil-alkoholnih vlakana, za jako eksudirajuće rane 2x45 cm
9. Silikonska obloga za rane sa rubom, vodootporna, peteroslojna, sa posebnim perforacijama za fleksibilnost, silikon po cijeloj površini obloge 7,5x7,5 cm
10. Silikonska obloga za rane sa rubom, vodootporna, peteroslojna, sa posebnim perforacijama za fleksibilnost, silikon po cijeloj površini obloge 10x10 cm
11. Silikonska obloga za rane sa rubom, vodootporna, peteroslojna, sa posebnim perforacijama za fleksibilnost, silikon po cijeloj površini obloge 15x15 cm
12. Silikonska obloga za rane sa rubom, anatomski oblikovana za sakrum, vodootporna, peteroslojna, silikon po cijeloj površini obloge 16x20 cm
13. Silikonska obloga za rane sa rubom, anatomski oblikovana za sakrum, vodootporna, peteroslojna, silikon po cijeloj površini obloge 22x25 cm
14. Silikonska obloga za inficirane rane sa rubom, anatomski oblikovana za sakrum, s dodatkom srebra. vodootporna, peteroslojna. Silikon po cijeloj površini obloge 23x23 cm
15. Silikonska obloga za rane sa rubom, vodootporna, peteroslojna, sa posebnim perforacijama za fleksibilnost, silikon po cijeloj površini obloge , anatomski oblikovana za petu 22x23 cm
16. Silikonska obloga za rane srednje eksudacije 10x10 cm
17. Silikonska obloga za rane srednje eksudacije 10x20 cm

18. Silikonska obloga za rane srednje eksudacije 20x20 cm
19. Silikonska obloga za rane antimikrobna, sa dodatkom srebra 10x10 cm
20. Silikonska obloga za rane antimikrobna, sa dodatkom srebra 17,5x17,5 cm
21. Silikonska obloga, tanka, silikon po cijeloj površini obloge 12.5x12,5 cm
22. Poliamidna mrežica za rane, obostrano presvučena slojem silikona 10x18 cm
23. Poliamidna mrežica za rane, obostrano presvučena slojem silikona 20x30 cm
24. Mekana kontaktna mrežica za rane, jednostrano presvučena silikonom, 10x18 cm
25. Mekana kontaktna mrežica za rane, jednostrano presvučena silikonom, 17x25 cm
26. Tanka prozirna obloga od mekanog silikonskog filma, 10.5x12 cm
27. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 6x8 cm
28. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 6x12 cm
29. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 9x10 cm
30. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 10x15 cm
31. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 10x20 cm
32. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 10x25 cm
33. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 10 x 30 cm
34. Silikonska post-operativna obloga za rane sa rubom, voodotporna, silikon po cijeloj površini obloge, perforirani jastučić za bolju fleksibilnost; 10 x 35 cm
35. Superapsorbirajuća obloga s voodopnom poleđinom, za jako eksudirajuće rane, 10x20 cm
36. Superapsorbirajuća obloga s voodopnom poleđinom, za jako eksudirajuće rane, 20x40 cm
37. Elastični, viskozni tubularni zavoj, dvosmjerno elastičan za fiksaciju obloga, bez lateksa 3,5cm x 10 m ili jednakovrijedno
38. Elastični, viskozni tubularni zavoj, dvosmjerno elastičan za fiksaciju obloga, bez lateksa 7,5cm x 10 m ili jednakovrijedno
39. Elastični, viskozni tubularni zavoj, dvosmjerno elastičan za fiksaciju obloga, bez lateksa 10,75cm x 10 m ili jednakovrijedno
40. Elastični, viskozni tubularni zavoj, dvosmjerno elastičan za fiksaciju obloga, bez lateksa 20cm x 10 m
41. Vodena otopina na bazi hipokloritne kiseline za intra i post operativno ispiranje i čišćenje rana, 1000 ml NPWT
42. Vodena otopina na bazi hipokloritne kiseline za intra i post operativno ispiranje i čišćenje rana, u formi spreja, 250ml
43. Vodena otopina na bazi hipokloritne kiseline za intra i post operativno ispiranje i čišćenje rana, 500 ml
44. Gel na bazi hipokloritne kiseline za čišćenje i vlaženje akutnih i kroničnih rana, 250g
45. Topički hemoglobinski sprej, 12ml

S obzirom na sve navedeno, vjerujemo u pozitivno rješavanje detektiranih problema.

S poštovanjem,

4.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

4.2. Obrazloženje

Djelomično se prihvaća, naručitelj će postupiti sukladno zahtjevu za grupu 6. i izdvojiti stavku Pelene veličine L i M u posebnu grupu, pri čemu će opis djelomično izmijeniti sukladno svojim potrebama te će stavka 1. biti opisana na način:

Pelene u spoju s gaćicama za odrasle, veličina L, anatomske oblikovane, opseg bokova/struka 100-115 /150 cm, s dvoslojnim punjenjem (propusni i upijajući superapsorbirajući polimerski sloj), indikatorom vlažnosti i podesivim višestruko ljepljivim trakama.

Stavka broj 2. biti će opisana na način:

Pelene u spoju s gaćicama za odrasle, veličina M, anatomske oblikovane, opseg bokova/struka 75-85 /100-115 cm, s dvoslojnim punjenjem (propusni i upijajući superapsorbirajući polimerski sloj), indikatorom vlažnosti i podesivim višestruko ljepljivim trakama.

Naručitelj ne prihvaća tražene izmjene za izdvajanjem stavki iz grupe 9. i dodavanjem novih stavki i formiranje grupa 38., 39., 40.,41. Naručitelj ne može prihvatiti radi toga što za pojedinim navedenim stavkama nije iskazana potreba radilišta na kojima bi se koristili, a pojedine stavke je opisao sukladno svojim potrebama.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave

Poštovani,

tražimo da u navedeni predmet nabave uvrstite nekoliko grupa sa proizvodima koji se trenutno ne nalaze ni na jednom od natječaja objedinjene zajedničke nabave.

Prijedlog 1: grupa za endo vrećice, koje trenutno vaša zdravstvena ustanova kupuje preko unaprijed zatražene ponude. Navedene endo vrećice imaju pozitivne reference od strane KBC Zagreb te KB Dubrava. Prilažemo prijedlog troškovnika.

Prijedlog 2: grupa obloga za rane, koje su novitet na Hrvatskom tržištu i koje imaju drugačija svojstva od ostalih proizvoda trenutno prisutnih na tržištu. Prilažemo prijedlog troškovnika.

Prijedlog 3 : grupa za nabavu bočica za mini lavat. Prilažemo prijedlog troškovnika, a navedeni proizvodi trenutno nisu ni na jednom natječaju objedinjene zajedničke nabave.

Prijedlog 4: grupa za titanske i polimerske klipse. Titanske klipse razlikuju se od ostalih koje se trenutno nude na teritoriju RH, jer imaju dizajn nabora duž cijele klipse s unutarnje strane, a koje omogućuje sigurno držanje uz minimalno klizanje tkiva. Proizvođač titanskih klipsi također proizvodi i obloge za rane za koje smo naveli u prijedlogu 2. Prilažemo prijedlog troškovnika za klipse.

Prijedlog 5: Nabava endofiksatora mrežice za herniju, a čiji opis i karakteristike dostavljamo u prijedlogu troškovnika.

5.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

5.2. Obrazloženje

Ne prihvaća se, Naručitelj za navedene stavke ima povremenu potrebu, a ne kontinuiranu.

6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Temeljem Vaše Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave, predmeta nabave: Medicinski potrošni materijal - razni, evidencijski broj nabave: 57/26, a u svrhu provođenja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, molimo Vas za sljedeće izmjene:

Grupa 9

Molimo Vas **izdvajanje stavaka 2., 3. i 4.** u zasebnu grupu.

Nova grupa bi sada glasila:

1. Brisač za pranje pacijenata izrađen od min. 85% celuloze i min. 10% latex veziva, upijajući, 20x22,5 cm kom 3000002. Brisač za pranje pacijenata izrađen od min. 85% celuloze i min. 10% latex veziva, upijajući, 35 x35cm kom 1400003. Trljačica za pranje od netkanog tekstila (min. 70% poliester, min. 30% viskoza), 15 x 25 cm, šivana s gumicom, min. 120g/m2 kom 400

Naime, proizvodi trljačica i brisač namijenjeni su za higijenske potrebe, pranje i njegu pacijenata, dok su ostali proizvodi za zaštitu pacijenata i medicinskih uređaja.

Nadalje, svojom velikom količinom imaju i veliki udio u troškovima grupe, te ih je opravdano izdvojiti u zasebnu grupu.

Veliki broj različitih proizvoda onemogućuje veći broj ponuditelja i dovodi do viših cijena.

Izdvajanjem navedenih stavaka omogućujete natjecanje većem broju ponuditelja, te na taj način osiguravate veći izbor i sigurno niže cijene.

Grupa 12

Stavka 2.

Molimo Vas da omogućite nuđenje rukavica **i s AQL 1.0** koji je sve češće standard na tržištu.

Raspon za AQL bi u tom slučaju bio 1.0-1.5.

Opis stavke 2. bi sada glasio:

2. Jednokratne zaštitne rukavice za pregled, nesterilne, bez pudera, bez lateksa, bez akceleratora, izrađene od polivinil klorida (PVC), ambidekstralne, ravne sa zarolanim rubom, glatka površina. Dužina med. 240 mm. Debljina na dlanu tip. 0,06 mm, debljina na prstu tip. 0,11 mm. AQL 1,0-1,5. Sila kidanja medijan $\geq 3,6$ N. Proizvedene u skladu sa zahtjevima EN 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ASTM F1671, ASTM D5250, EN 16523-1. Klasa I prema Uredbi MDR (EU) 2017/745. Kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi (PPE). Prozirne boje. Veličine S, M, L i XL.

Grupa 32

Molimo Vas da omogućite nuđenje kirurških rukavica **is AQL 0.65** (raspon 0.65-1) koji je standard za kirurške sterilne rukavice.

Molimo da naručitelj u tehničkim specifikacijama dopusti i nuđenje kirurških rukavica s drugačijim dimenzijskim rješenjem pakiranja (kraće pakiranje), pod uvjetom da su zadovoljeni svi zahtjevi sterilnosti, funkcionalnosti i aseptičnog oblačenja rukavica.

U posljednje vrijeme većina najvećih svjetskih proizvođača prelazi na kraća pakiranja kirurških rukavica zbog nižeg troška transporta, nižeg troška proizvodnje te manje ambalaže i otpada (što je u skladu sa ekološkim smjernicama).

Prihvatanje našeg prijedloga omogućilo bi sudjelovanje većeg broja ponuditelja, osiguralo veći izbor proizvoda te potencijalno postigle povoljnije cijene za naručitelja.

Opis stavaka bi sada glasio:

1. Sterilne kirurške rukavice od lateksa prirodne gume, s puderom, obložene polimerom, teksturiran dlan, zarolani rub, savijeni prsti, AQL 0,65-1. Max. zračenje 35 kGy. Dužina min. 280 mm. Debljina na prstu min. 0,15mm, debljina na dlanu min. 13mm, debljina na cuff-u min. 0,11mm. Srednja sila trganja ≥ 9 N. Pakiranje u dvostrukoj foliji. Proizvedene u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima (MDR), kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, veličine 5,5 - 9.2. Sterilne kirurške rukavice od lateksa prirodne gume, bez pudera, obložene polimerom, teksturiran dlan, zarolani rub, savijeni prsti, AQL 0,65-1. Max. zračenje 34 kGy. Dužina min. 280 mm. Debljina na prstu min. 0,15 mm, debljina na dlanu min. 0,13 mm, debljina na cuff-u min. 0,11 mm. Srednja sila trganja ≥ 9 N. Pakiranje u dvostrukoj foliji. Proizvedene u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima (MDR), kategorija III prema Uredbi (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi, veličine 5,5 - 9.

Nadamo se da ćete naše prijedloge uvažiti i prihvatiti.

Srdačan pozdrav!

6.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

6.2. Obrazloženje

Prihvaća se tražena izmjena za grupu 9, Naručitelj će izvršiti traženu izmjenu u troškovniku.

Ne prihvaćaju se tražene izmjene za grupe 12. i 32. Naručitelj je opisao stavke i iskazao svoje potrebe sukladno svojim potrebama i dosadašnjoj potrošnji.

7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Naziv i sjedište naručitelja: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, Bolnička ulica 74, 34550 Pakrac, Hrvatska

Nacionalni reg. broj (OIB): 18103492590

Naziv postupka nabave: Medicinski potrošni materijal – razni

Evidencijski broj: 57/26

Vrsta postupka: Savjetovanje

Predmet: Zahtjev za dopunom troškovnika u sklopu savjetovanja – Prijedlog uvrštenja dodatnih stavki

Poštovani,

uvidom u dokumentaciju, ovim putem kao zainteresirani gospodarski subjekt, predlažemo dopunu troškovnika u dijelu vezanom uz medicinsku potrošnu opremu, s ciljem omogućavanja potpunog i funkcionalnog pokrivanja potreba krajnjih korisnika – zdravstvenih djelatnika i pacijenata.

Na temelju potreba izraženih kroz svakodnevnu praksu u bolničkom i ambulantnom okruženju, te u skladu s važećim standardima higijenske i infektološke sigurnosti, predlažemo uvrštenje sljedećih proizvoda u troškovnik Grupu 9:

1. Navlaka za telemetrijski uređaj dimenzija 10x11 cm, izrađena od troslojnog, vodoodbojnog, alkoholodbojnog SMS materijala min. 35 gr/m², s poklopcem i ljepljivom trakom za zatvaranje navlake, plave boje.

Godišnje potrebe: 100 komada

2. Fiksator za nosnu kanilu i nazogastričnu sondu, za odrasle, sa hipoalegrenim akrilnim ljepilom, dimezije 7x7,1cm. Pakiranje a50 kom.

Godišnje potrebe: 2 paketa

3. Ljepljivi fiksator za nosnu kanilu i nazogastričnu sondu, vel. S (3,65x2,6cm). Pakiranje a100 kom.

Godišnje potrebe: 2 paketa

4. Fiksator za nosnu kanilu i nazogastričnu sondu, vel. M (6,5x5,2cm) . Pakiranje a100 kom.

Godišnje potrebe: 2 paketa

5. Fiksator za nosnu kanilu i nazogastričnu sondu, vel. L (10,3x8,1cm) . Pakiranje a100 kom.

Godišnje potrebe: 2 paketa

6. Netkani celulozni materijal s dječjim motivima dimenzija 50 cm x 46 m, perforiran na svakih 34 cm, namijenjen je za jednokratnu upotrebu u medicinskim uvjetima, osobito na pedijatrijskim odjelima i u ambulantnoj zdravstvenoj djelatnosti. Godišnje potrebe: 18 komada

7. Arterijski apsorbirajući hemostatski kompresivni flaster, sterilan. Flaster dimenzija 40x120 mm, za primjenu na radijalnoj i dorzalnoj arteriji. Kompresija slojevitim jastučićem dimenzija 27x15 mm, debljine 9 mm te plastičnom pločom dimenzija 36x30 mm. Pakirano a'30 komada.

Godišnje potrebe: 2 paketa

8. Elastična ljepljiva traka dimenzija 39x80 mm, pakirana po 50 komada, s jastučićem eliptičnog oblika dimenzija 27x15 mm, debljine 6 mm koji može upijati krv. Prvi sloj je u izravnom kontaktu s kožom, a sastoji se od tanke celulozne netkane tkanine koja trenutno upija krv. Bočni sloj trake sastoji se od netkane poliesterske tkanine s vodoodbojnim svojstvima, sprječavajući krvarenje na stražnjoj strani trake. Ljepljivo područje od akrilnog ljepila, s okomitom i horizontalnom rastezljivošću. Koristi za hemostazu i zaštitno pokrivanje perifernih vena nakon uzimanja krvi, transfuzije ili infuzije debelom iglom.

Godišnje potrebe: 2 paketa

9. Zaštitni netkani prekrivač, dimenzija 60 cm x 100 m, težine 23 g/m², izrađen od 100% polipropilena; materijal bijele boje perforiran na svakih 40 cm radi lakšeg korištenja. Namijenjen je za jednokratnu zaštitu površina u medicinskim i laboratorijskim okruženjima pružajući higijensku barijeru i praktičnost u radu.

Godišnje potrebe: 10 kom

10. Čistač za elektrodu, jednokratan, na spužvici, sterilan.

Godišnje potrebe: 100 kom

11. Samoljepiva traka za fiksiranje. Mekana, porozna, netkana, visokog integriteta vlakna. Elastična, vrlo prilagodljiva, sadrži hipoalergijsko akrilatno ljepilo koje se aktivira pritiskom, s podložnim papirom. Dimenzije 15cm x min. 10m.

Godišnje potrebe: 5 kom

Vjerujemo da će ovi prijedlozi doprinijeti unapređenju prakse.

Lijep pozdrav.

7.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

7.2. Obrazloženje

Tražene izmjene Naručitelj ne može prihvatiti radi toga što za pojedinim stavkama nije iskazana potreba radilišta na kojima bi se koristili, a za pojedinim naručitelj ima povremenu potrebu, a ne kontinuiranu

8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Poštovani, svi materijali uključeni u grupi predmeta nabave 22 su obuhvaćeni postupkom zajedničke javne nabave za predmet Potrošni materijal, naprave i instrumenti za anesteziologiju i intenzivnu medicinu za zdravstvene ustanove u RH te Vas ljubazno molimo kao ustanovu koja je uključena u zajedničku nabavu da svoje potrebe iskažete u tom postupku.

Unaprijed se zahvaljujemo.

S poštovanjem.

8.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

8.2. Obrazloženje

Ne prihvaća se. Zajednička nabava ne osigurava kontinuitet ugovora Naručiitelja za stavke koje su uključene u ovaj predmet nabave jer su ugovori na isteku i potrebno ih je čim prije obnoviti. Prema novoj uputi Ministarstva, Naručiitelj je dužan za one stavke za koje nije sigurno da će se kontinuitet održati putem zajedničke nabave samostalno provesti postupak kako ne bi došlo do kršenja Zakona o javnoj nabavi. Nakon okončanja novog kruga zajedničke nabave te isteka ugovora, Naručiitelj će ugovoriti daljnje razdoblje temeljem Okvirnih sporazuma sklopljenih na temelju zajedničke nabave.

9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

Predlažemo da se za stavke iz Grupe 29

- 29. Disk Imipenem/relebactam 10-25 (5x50)
- 30. Disk Moksifloksacin 5 (5x50)
- 31. Disk Ampicilin 2 mcg (5x50)

iz opisa stavki ukloni oznaka pakiranja „(5x50)“, budući da je kao jedinica mjere naveden komad.

Uklanjanjem oznake pakiranja uskladit će se opis sa definiranom jedinicom mjere.

9.1. Odgovor naručiitelja

Prihvaća se

9.2. Obrazloženje

Prihvaća se. Naručiitelj će izvršiti traženu izmjenu u troškovniku.